様式2

平成25年6月5日

放射性物質分析結果通知書

依頼者　　あさやレストハウス　様

日光総合支所放射性物質測定室

平成２５年６月４日に依頼のありました農水産物等について分析結果は、下記のとおりです。

品名	Cs(セシュウム) 結果＝(②＋③) (ベクレル/kg)	Cs-134 測定値 ② (ベクレル/kg)	Cs-137 測定値 ③ (ベクレル/kg)	I(ヨウ素)-131 測定値 (ベクレル/kg)
一食分	不検出	不検出	不検出	不検出

記

※測定器：ＮａＩ(TI) シンチレーション検出器
※測定器が不検出の場合は、機器と測定条件に基く測定下限値未満であることを示す。
（本検査の測定下限値）
品名：一食分　　Cs-134：12.9Bq/kg,　Cs-137：6.72Bq/kg,　I-131：7.51Bq/kg
品名：　　Cs-134：　　Bq/kg,　Cs-137：　　Bq/kg,　I-131：　　Bq/kg