

各旅館玄関前 空間放射線量測定結果

日光温泉旅館協同組合

3月14日

晴

単位: μ SV/h

	時間	測定値(地上高1m)	測定値(地上高5cm)
ホテル春茂登	15:52	0.18	0.19
ホテル清晃苑	16:15	0.20	0.16
日光東観荘	16:25	0.19	0.18
懐かし家風和里	16:02	0.20	0.19
梅屋敷旅館	16:46	0.21	0.20
ホテル高照	16:35	0.16	0.19

所定の地上高に検知部を水平にセットし、1分30秒後の数値を第1回とする。その後30秒ごとに4回の数値を読み取り記録する。測定値は測定した5回の平均値である。

現在使用している測定器は、シンチレーション方式(日光市観光部などで使用)に比較し多少高い数値が出ることがわかっています。5月よりシンチレーション方式の測定器に切り替える予定です。