

各旅館玄関前 空間放射線量測定結果

日光温泉旅館協同組合

4月23日

雨

単位: μ SV/h

	時間	測定値(地上高1m)	測定値(地上高5cm)
ホテル春茂登	11:10	0.18	0.18
ホテル清晃苑	10:34	0.18	0.16
日光東観荘	10:42	0.15	0.17
懐かし家風和里	11:20	0.21	0.21
梅屋敷旅館	10:52	0.13	0.19
ホテル高照	10:59	0.16	0.19

所定の地上高に検知部を水平にセットし、1分30秒後の数値を第1回とする。その後30秒ごとに4回の数値を読み取り記録する。測定値は測定した5回の平均値である。

現在使用している測定器は、シンチレーション方式(日光市観光部などで使用)に比較し多少高い数値が出ることがわかっています。5月よりシンチレーション方式の測定器に切り替える予定です。